

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Bilis Esculina con Vancomicina, 90mm
Nº CATÁLOGO:	285-020
Nº LOTE:	20022703
FECHA DE ANÁLISIS:	27-02-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	12-2020

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.1 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige a Pardo	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Ligeramente Opalescente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	

CONTROL CONTAMINACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO

ANÁLISIS	RESULTADO	OBSERVACIONES
NHD a las 96 hrs. de incubación a 35 °C ± 2 °C	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad