

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar CLED
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-070
<b>Nº LOTE:</b>	20010601
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	07-01-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	01-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
<b>pH:</b>	7.3 ± 0.2	APRUEBA
<b>Espesor:</b>	≥3 mm	APRUEBA
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	APRUEBA
<b>Color del medio:</b>	Verde Claro	APRUEBA
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	APRUEBA
<b>Transparencia del medio:</b>	Translúcido	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad