

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Columbia
Nº CATÁLOGO:	285-085
Nº LOTE:	20010801
FECHA DE ANÁLISIS:	09-01-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	04-2020

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo Brillante	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA
Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C):	No se Chocolatiza	APRUEBA (*)

(*) Aleatoriamente algunas placas podrían presentar un leve oscurecimiento

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad