

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Cromo Strep B
Nº CATÁLOGO:	285-125
Nº LOTE:	20022001
FECHA DE ANÁLISIS:	20-02-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	06-2020

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Gris-ámbar oscuro	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad