

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Levine
Nº CATÁLOGO:	285-170
Nº LOTE:	20020502
FECHA DE ANÁLISIS:	06-02-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.0 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	>3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Púrpura Oscuro	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido sin pp.	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad