

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Müeller Hinton Sangre
Nº CATÁLOGO:	285-230
Nº LOTE:	20022601
FECHA DE ANÁLISIS:	26-02-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	05-2020

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.4 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	4.2 ± 0.3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA
Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C):	No se Chocolatiza	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA*	* Según referencia M 100, 29th Edition

OBSERVACIÓN: Para un correcto uso de este producto con los discos de antibióticos a utilizar, por favor consultar el inserto correspondiente.

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad