

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar RPMI 1640 con Glucosa
Nº CATÁLOGO:	285-295
Nº LOTE:	20030202
FECHA DE ANÁLISIS:	03-03-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	01-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.0 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Anaranjado	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Claro	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	APRUEBA*	* Según referencia CLSI M27-S4 2012
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	APRUEBA*	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



T.M. Franklin Juica
Jefe Control de Calidad