

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar TCBS
Nº CATÁLOGO:	285-385
Nº LOTE:	19122101
FECHA DE ANÁLISIS:	26-12-2019
FECHA DE EXPIRACIÓN :	12-2020

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	8.6 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Verde	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Vibrio parahemolyticus</i> ATCC 17802	APRUEBA	
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562	APRUEBA	
<i>Vibrio alginolyticus</i> ATCC 17749	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad