

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Telurito de K, tubo
Nº CATÁLOGO:	285-389
Nº LOTE:	20031703
FECHA DE ANÁLISIS:	18-03-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	06-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franklin Juica".

T.M. Franklin Juica
Jefe Control de Calidad