

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar XLD
Nº CATÁLOGO:	285-440
Nº LOTE:	19120701
FECHA DE ANÁLISIS:	09-12-2019
FECHA DE EXPIRACIÓN :	10-2020

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.4 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo Anaranjado	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón San Martín".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad