

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agua Peptonada Alcalina pH 8.6
Nº CATÁLOGO:	285-457
Nº LOTE:	20021104
FECHA DE ANÁLISIS:	12-02-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	05-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	8.6 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.5	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Incoloro	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Vibrio parahemolyticus</i> ATCC 17802	APRUEBA	
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad