

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile  
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199  
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Combi plate Agar Sangre Columbia / Agar Chocolate GC
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-580
<b>Nº LOTE:</b>	20030403
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	05-03-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	06-2020

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Chocolate GC	Base Sangre	
<b>pH:</b>	7.2 ± 0.2	7.3 ± 0.2	APRUEBA
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	≥ 3 mm	APRUEBA
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	Agar Sólido	APRUEBA
<b>Color del medio:</b>	Café	Rojo Brillante	APRUEBA
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	Uniforme	APRUEBA
<b>Transparencia del medio:</b>	Opaco	Opaco	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 19418	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón San Martín".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad