

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile  
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199  
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Suero Fisiológico Estéril 9.9 mL
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-896
<b>Nº LOTE:</b>	20031602
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	17-03-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	09-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
Espesor:	≥ 6.0 mL	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Incoloro	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad