

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Caldo Todd Hewitt con Inhibidores
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-515
<b>Nº LOTE:</b>	20041601
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	20-04-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	01-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
<b>pH:</b>	7.8 ± 0.2	APRUEBA
<b>Espesor:</b>	6.0 ± 0.5 mL	APRUEBA
<b>Consistencia:</b>	Líquido	APRUEBA
<b>Color del medio:</b>	Amarillo	APRUEBA
<b>Transparencia del medio:</b>	Transparente	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad