

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-111
<b>Nº LOTE:</b>	20042002
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	21-04-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	10-2020

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	<b>Cromo UTI</b>	<b>Cromo UTI</b>	
<b>pH:</b>	7.0 +/- 0,2	7.0 +/- 0,2	<b>APRUEBA</b>
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	≥ 3 mm	<b>APRUEBA</b>
<b>Consistencia:</b>	Beige a Pardo	Beige a Pardo	<b>APRUEBA</b>
<b>Color del medio:</b>	Agar Sólido	Agar Sólido	<b>APRUEBA</b>
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	Uniforme	<b>APRUEBA</b>
<b>Transparencia del medio:</b>	Lig. Opalescente	Lig. Opalescente	<b>APRUEBA</b>

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	<b>APRUEBA</b>	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	<b>APRUEBA</b>	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	<b>APRUEBA</b>	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	<b>APRUEBA</b>	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	<b>APRUEBA</b>	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	<b>APRUEBA</b>	
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	<b>APRUEBA</b>	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	<b>APRUEBA</b>	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina", is written over a white background.

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad