

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

[www.valtekdiagnostics.com](http://www.valtekdiagnostics.com) / [info@valtek.cl](mailto:info@valtek.cl)



## Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar Sangre Columbia / Agar Thayer Martin
Nº CATÁLOGO:	285-610
Nº LOTE:	20041502
FECHA DE ANÁLISIS:	15-04-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	07-2020

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	Thayer Martin	Base Sangre
Espesor:	$7.2 \pm 0.2$	$7.3 \pm 0.2$
Consistencia:	$\geq 3$ mm	$\geq 3$ mm
Color del medio:	Agar Sólido	Agar Sólido
Uniformidad del medio:	Café	Rojo Brillante
Transparencia del medio:	Uniforme	Uniforme
	Opaco	Opaco

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Eschrichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad