



ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 2 (URN ASY CONTROL 2)

Cat. N° RAX-AU2352-1 Lote N° 1211UC Kit 1 x 10 ml Caducidad 28-04-2026

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Calcio	mg/dL	5,90	4,04	7,76	0,620	Mindray CL Series
Creatinina	mg/dL	75,87	51,97	99,77	7,967	Mindray CL Series
Glucosa	mg/dL	45,41	31,11	59,71	4,768	Mindray CL Series
Microalbumina	mg/L	33,43	22,90	43,96	3,510	Mindray CL Series
Proteínas Totales	mg/dL	13,12	8,99	17,25	1,377	Mindray CL Series
Urea	mg/dL	874,68	599,16	1150,21	91,842	Mindray CL Series
Ácido Úrico	mg/dL	11,38	7,80	14,97	1,195	Mindray CL Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.
2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.