



ASSAYED URINE CONTROL - LEVEL 3 (URN ASY CONTROL 3)

Cat. N° RAX-AU2353-1 Lote N° 1253UC Kit 1 x 10 ml Caducidad 28-11-2026

Analito	Unidad	Media	Rango		DE	Método
			Inferior	Superior		
Calcio	mg/dL	16,78	11,49	22,07	1,762	Mindray CL Series
Creatinina	mg/dL	167,58	114,79	220,37	17,596	Mindray CL Series
Glucosa	mg/dL	252,35	172,86	331,84	26,497	Mindray CL Series
Microalbumina	mg/L	158,44	108,53	208,35	16,636	Mindray CL Series
Proteínas Totales	mg/dL	21,86	14,98	28,75	2,296	Mindray CL Series
Urea	mg/dL	2155,06	1476,21	2833,90	226,281	Mindray CL Series
Ácido Úrico	mg/dL	20,79	14,24	27,34	2,183	Mindray CL Series

1. Los intervalos de control se basan en la Media +/- 3SD.
2. Estos valores deben ser considerados sólo como referencia, se recomienda que cada laboratorio establezca su propia media y rangos de aceptabilidad.