

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar CLED
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-070
<b>Nº LOTE:</b>	20052702
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	28-05-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	05-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	>3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Verde Claro	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín  
Encargada de Control de Calidad