

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar DNAsa, Placa 55 mm
Nº CATÁLOGO:	285-135
Nº LOTE:	20051203
FECHA DE ANÁLISIS:	13-05-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	08-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	>3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Verde Claro	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad