

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar TSI
Nº CATÁLOGO:	285-410
Nº LOTE:	20051401
FECHA DE ANÁLISIS:	18-05-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	03-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.4 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido Tendido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo Anaranjado	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad