

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Telurito de K, tubo
Nº CATÁLOGO:	285-389
Nº LOTE:	20050902
FECHA DE ANÁLISIS:	11-05-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	08-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



T.M. Franklin Juica
Jefe Control de Calidad