

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Urea Christensen
Nº CATÁLOGO:	285-890
Nº LOTE:	20061701
FECHA DE ANÁLISIS:	17-06-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	09-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	6.8 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido Tendido	APRUEBA
Color del medio:	Ligeramente Anaranjado	APRUEBA
Transparencia del medio:	Ligeramente Turbio	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad