

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>PRODUCTO:</b>             | Caldo Müeller Hinton |
| <b>Nº CATÁLOGO:</b>          | 285-470              |
| <b>Nº LOTE:</b>              | 20061602             |
| <b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>    | 17-06-2020           |
| <b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b> | 04-2021              |

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO                | REFERENCIA           | RESULTADO |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| pH:                      | 7.4 ± 0.2            | APRUEBA   |
| Volumen:                 | 6 ± 0.5 mL           | APRUEBA   |
| Consistencia:            | Líquido              | APRUEBA   |
| Color del medio:         | Ligeramente Amarillo | APRUEBA   |
| Transparencia del medio: | Transparente         | APRUEBA   |

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

| CEPAS UTILIZADAS                           | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853   | APRUEBA   |               |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922         | APRUEBA   |               |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212    | APRUEBA   |               |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923    | APRUEBA   |               |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | APRUEBA   |               |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad