

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Combi plate Agar Columbia - Agar Cromo UTI
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-660
<b>Nº LOTE:</b>	20070101
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	01-07-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	10-2020

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Base Sangre	Cromo UTI	
<b>pH:</b>	7.3 ± 0.2	7.0 +/- 0,2	APRUEBA
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	≥ 3 mm	APRUEBA
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	Beige a Pardo	APRUEBA
<b>Color del medio:</b>	Rojo Brillante	Agar Sólido	APRUEBA
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	Uniforme	APRUEBA
<b>Transparencia del medio:</b>	Opaco	Lig. Opalescente	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad