

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Chocolate base GC, 90 mm
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-050
<b>Nº LOTE:</b>	20080701
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	07-08-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	06-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
<b>pH:</b>	7.2 ± 0.2	APRUEBA
<b>Espesor:</b>	≥3 mm	APRUEBA
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	APRUEBA
<b>Color del medio:</b>	Café	APRUEBA
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	APRUEBA
<b>Transparencia del medio:</b>	Opaco	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 19418	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad