

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Salmonella-Shigella (SS)
Nº CATÁLOGO:	285-380
Nº LOTE:	20080401
FECHA DE ANÁLISIS:	07-08-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.2 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rosa Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín  
Encargada de Control de Calidad