

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Soya Tripticasa, 90 mm
Nº CATÁLOGO:	285-377
Nº LOTE:	20081803
FECHA DE ANÁLISIS:	19-08-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	08-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad