

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Citrato Simmons
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-065
<b>Nº LOTE:</b>	20100902
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	09-10-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	12-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	6.9 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido Tendido	APRUEBA
Color del medio:	Verde	APRUEBA
Transparencia del medio:	Levemente Opaco	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad