

## Certificado de Análisis

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>PRODUCTO:</b>             | Agar Sangre Soya Trypticasa |
| <b>Nº CATÁLOGO:</b>          | 285-350                     |
| <b>Nº LOTE:</b>              | 20093005                    |
| <b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>    | 30-09-2020                  |
| <b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b> | 01-2021                     |

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO  | REFERENCIA        | RESULTADO |
|--|-------------------|-----------|
| pH:  | 7.3 ± 0.2         | APRUEBA   |
| Espesor:   | ≥ 3 mm            | APRUEBA   |
| Consistencia:                                    | Agar Sólido       | APRUEBA   |
| Color del medio:                                 | Rojo Brillante    | APRUEBA   |
| Uniformidad del medio:                           | Uniforme          | APRUEBA   |
| Transparencia del medio:                         | Opaco             | APRUEBA   |
| Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C): | No se Chocolatiza | APRUEBA   |

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

| CEPAS UTILIZADAS                             | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923      | APRUEBA   |               |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386   | APRUEBA   |               |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615     | APRUEBA   |               |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619   | APRUEBA   |               |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 | APRUEBA   |               |
| Test de Camp                                 | APRUEBA   |               |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad