

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Thayer Martin, 55 mm
Nº CATÁLOGO:	285-390
Nº LOTE:	20101601
FECHA DE ANÁLISIS:	16-10-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	08-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.2 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Café	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (1.5x10 ³ UFC/mL)*	APRUEBA	

**según especificaciones del fabricante*

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad