

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Medio LIA
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-173
<b>Nº LOTE:</b>	20100503
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	06-10-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	12-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	6.5 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido Tendido	APRUEBA
Color del medio:	Púrpura	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad