

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Saboraud Dextrosa con Cloranfenicol, 55 mm
Nº CATÁLOGO:	285-310
Nº LOTE:	20101701
FECHA DE ANÁLISIS:	19-10-2020 al 03-11-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	04-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	5.6 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	APRUEBA	
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	APRUEBA	
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA	
<i>Microsporium canis</i> ATCC 36299	APRUEBA	
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	APRUEBA	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
 Encargada de Control de Calidad