

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile  
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199  
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Combi Plate Agar Mac Conkey-Base Sangre
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-670
<b>Nº LOTE:</b>	20111904
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	19-11-2020
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	03-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Mac Conkey	Base Sangre	
<b>pH:</b>	7.1 ± 0.2	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	≥ 3 mm	<b>APRUEBA</b>
<b>Consistencia:</b>	Agar Sólido	Agar Sólido	<b>APRUEBA</b>
<b>Color del medio:</b>	Rosa-Rojo	Rojo Brillante	<b>APRUEBA</b>
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	Uniforme	<b>APRUEBA</b>
<b>Transparencia del medio:</b>	Translúcido sin pp.	Opaco	<b>APRUEBA</b>

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 2853	<b>APRUEBA</b>	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	<b>APRUEBA</b>	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	<b>APRUEBA</b>	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	<b>APRUEBA</b>	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	<b>APRUEBA</b>	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	<b>APRUEBA</b>	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Encargada de Control de Calidad