

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi Plate Agar Mac Conkey-Salmonella Shigella
Nº CATÁLOGO:	285-560
Nº LOTE:	20111004
FECHA DE ANÁLISIS:	11-11-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	05-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Mac Conkey	SS	
pH:	7.1 ± 0.2	7.2 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rosa-Rojo	Rosa Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido sin pp.	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 2853	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	APRUEBA	
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad