

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI
Nº CATÁLOGO:	285-666
Nº LOTE:	20111204
FECHA DE ANÁLISIS:	12-11-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	CNA	Cromo UTI
Espesor:	7.3 +/- 0,2	7.0 +/- 0,2
Consistencia:	≥ 3 mm	≥ 3 mm
Color del medio:	Rojo	Beige a Pardo
Uniformidad del medio:	Agar Sólido	Agar Sólido
Transparencia del medio:	Uniforme	Uniforme
	Opaco	Lig. Opalescente

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad