

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar Sangre Columbia / Agar Chocolate GC
Nº CATÁLOGO:	285-580
Nº LOTE:	20110301
FECHA DE ANÁLISIS:	03-11-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	Chocolate GC	Base Sangre
Espesor:	7.2 ± 0.2	7.3 ± 0.2
Consistencia:	≥ 3 mm	≥ 3 mm
Color del medio:	Agar Sólido	Agar Sólido
Uniformidad del medio:	Café	Rojo Brillante
Transparencia del medio:	Uniforme	Uniforme
	Opaco	Opaco

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 19418	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karina Calderón'.

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad