

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

[www.valtekdiagnostics.com](http://www.valtekdiagnostics.com) / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Medio OF con Glucosa
Nº CATÁLOGO:	285-840
Nº LOTE:	20102604
FECHA DE ANÁLISIS:	26-10-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	08-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.1 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Semi-Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Verde Azulado	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Leve Opaco	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín  
Encargada de Control de Calidad