

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Suero Fisiológico Estéril 9,9mL
Nº CATÁLOGO:	285-896
Nº LOTE:	20111303
FECHA DE ANÁLISIS:	20-11-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	05-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
Espesor:	≥ 6.0 mL	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Incoloro	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad