

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Cromo-VRE
Nº CATÁLOGO:	285-127
Nº LOTE:	20120302
FECHA DE ANÁLISIS:	04-12-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	04-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	6.9 +/- 0,2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Blanco	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis ATCC 51299</i>	APRUEBA	
<i>Candida tropicalis ATCC 750</i>	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis ATCC 29212</i>	APRUEBA	
<i>Escherichia coli ATCC 25922</i>	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus ATCC 25923</i>	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad