

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Müeller Hinton II 140 mm
Nº CATÁLOGO:	285-240
Nº LOTE:	21021104
FECHA DE ANÁLISIS:	11-02-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH (Electrodo Plano):	7.4 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	4 ± 1,0 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA*	* Según referencias CLSI M02 13th Edition y M100 30th Edition.
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA*	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA*	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA*	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad