

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Müller Hinton II con Glucosa y Azul de Metileno
Nº CATÁLOGO:	285-255
Nº LOTE:	21012605
FECHA DE ANÁLISIS:	02-02-2020
FECHA DE EXPIRACIÓN :	01-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.1	APRUEBA
Espesor:	4 ± 0.5 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	APRUEBA*	* Según referencia CLSI M44-S3 2009
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	APRUEBA*	
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	APRUEBA*	
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	APRUEBA*	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Encargada de Control de Calidad