

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Caldo Cerebro Corazón
Nº CATÁLOGO:	285-460
Nº LOTE:	21021103
FECHA DE ANÁLISIS:	11-02-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	05-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.2 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Amarillo	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad