

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Müller Hinton Sangre
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-230
<b>Nº LOTE:</b>	21031703
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	17-03-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	06-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.4 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	4.2 ± 0.3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA
Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C):	No se Chocolatiza	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA*	* Según referencia M 100, 30h Edition

**OBSERVACIÓN:** Para un correcto uso de este producto con los discos de antibióticos a utilizar, por favor consultar el inserto correspondiente.

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín  
Jefe de Control de Calidad