

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Sangre Soya Trypticasa
Nº CATÁLOGO:	285-350
Nº LOTE:	21032202
FECHA DE ANÁLISIS:	23-03-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	07-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo Brillante	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA
Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C):	No se Chocolatiza	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	APRUEBA	
Test de Camp	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
 Jefe de Control de Calidad