

## Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Urea Christensen
Nº CATÁLOGO:	285-890
Nº LOTE:	21030804
FECHA DE ANÁLISIS:	09-02-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	06-2022

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	6.8 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido Tendido	APRUEBA
Color del medio:	Ligeramente Anaranjado	APRUEBA
Transparencia del medio:	Ligeramente Turbio	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad