

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Caldo Todd Hewitt con Inhibidores
Nº CATÁLOGO:	285-515
Nº LOTE:	21030904
FECHA DE ANÁLISIS:	09-02-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	01-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.8 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	6.0 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Amarillo	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad