

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Medio OF con Glucosa
Nº CATÁLOGO:	285-840
Nº LOTE:	21031202
FECHA DE ANÁLISIS:	15-03-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	01-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.1 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Semi-Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Verde Azulado	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Leve Opaco	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
 Jefe de Control de Calidad