

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Lactrimel Seg. Borelli, tubo
Nº CATÁLOGO:	285-167
Nº LOTE:	21032403
FECHA DE ANÁLISIS:	25-03-2021 al 09-04-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	03-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
Volumen:	6 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige Claro	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Turbio	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	APRUEBA	
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	APRUEBA	
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	APRUEBA	
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	APRUEBA	
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón San Martín".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad