

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Caldo Müeller Hinton
Nº CATÁLOGO:	285-470
Nº LOTE:	21042001
FECHA DE ANÁLISIS:	20-04-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	02-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.4 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Ligeramente Amarillo	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
 Jefe de Control de Calidad